Een sensorsessie stoppen

t:slim X2
Insulinepomp

Automatisch uitschakelen van sensor

De FreeSyle Libre 3 Plus-sensor is geïndiceerd om tot 15 dagen lang te worden gedragen. Het scherm Sensor verloopt spoedig verschijnt op de pomp om de gebruiker te laten weten hoeveel tijd er nog resteert voordat de sessie van de continue glucosemonitor (CGM) is voltooid.

De gebruiker heeft de optie om de sensorsessie handmatig te stoppen voordat deze verloopt of om de sensor automatisch te laten uitschakelen.

Handmatig uitschakelen

Deze instructies tonen pompgebruikers hoe ze een **FreeStyle Libre 3 Plus**-sensorsessie handmatig kunnen stopzetten.

Tik op het startscherm op **OPTIES.** Tik op de pijl naar beneden en vervolgens op **Mijn CGM**.

Tik op **SENSOR STOPPEN**.

Tik op ✔ om te bevestigen dat de gebruiker de huidige sensorsessie wil stopzetten.

Tik op ✔ om te bevestigen dat de sessie niet opnieuw kan worden gestart.

Op het startscherm wordt het pictogram Sensor Vervangen weergegeven.

Resterende sensorduur

Gebruikers kunnen op elk moment tijdens de sensorsessie zien wanneer de sensorsessie is gestart en hoeveel tijd er overblijft. Tik op het insulineniveaupictogram op het startscherm en vervolgens tweemaal op de pijl naar beneden.

Gebruikers kunnen ook zien hoeveel tijd er nog overblijft in hun sensorsessie en eventuele waarschuwingen voor een Binnenkort Verlopende Sensor via de Tandem t:slim mobile app.

Bezoek tandemdiabetes.com/support voor bijkomende hulpbronnen.

Deze instructies dienen als referentie voor personen die al vertrouwd zijn met gebruik van een insulinepomp van Tandem Diabetes Care. Niet alle schermen worden weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde informatie over de werking van de t:slim X2-pomp.

Belangrijke veiligheidsinformatie: Tandem-insulinepompen zijn bedoeld voor de subcutane toediening van insuline met ingestelde en variabele snelheden, voor het beheer van diabetes mellitus bij personen die insuline nodig hebben. Bezoek tandemdiabetes.com/safetyinfo voor aanvullende belangrijke veiligheidsinformatie.

WAARSCHUWING: De Control-IQ+-technologie mag niet worden gebruikt door personen die jonger zijn dan 2 jaar en diabetes type 1 hebben. Het mag ook niet worden gebruikt bij patiënten die minder dan een totale dagelijkse insulinedosis van 5 eenheden per dag nodig hebben of die minder dan 9 kilogram wegen, aangezien dit de vereiste minimumwaarden zijn die nodig zijn om Control-IQ+ veilig te laten functioneren.

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Alle rechten voorbehouden. Tandem Diabetes Care, Tandem-logo's, t:slim, t-slim X2 en Control-IQ+ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Tandem Diabetes Care, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. De sensorbehuizing, FreeStyle, Libre en gerelateerde merken zijn merken van Abbott en worden met toestemming gebruikt. Alle merken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. MAT-0908_1