Software-update van de pomp

Tandem Source



Gebruik deze instructie bij het updaten van uw t:slim X2 insulinepomp.



1

Log in op het Tandem Source-platform. Selecteer “Software-update” in de zijbalknavigatie. Klik op “Doorgaan” nadat u de vereisten en veiligheidsinformatie heeft doorgenomen.



2

Sluit het micro-USB-uiteinde van de door Tandem Diabetes Care geleverde USB-kabel aan op de insulinepomp en sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort van de computer. Klik op “Pomp verbinden”.



3

Een scherm “Pomp Verbonden” zal verschijnen als de verbinding is geslaagd. Bevestig dat het serienummer van de pomp correct is voordat u op “Doorgaan” klikt.



4

Ontgrendel de pomp en ga naar het startscherm. Druk op de pompknop om het scherm uit te schakelen. Klik op “Doorgaan”.

Blijf de instructies op het scherm in Tandem Source volgen en voer de vereiste acties uit op uw t:slim X2-pomp.

Een scherm 'Pomp opnieuw opstarten' verschijnt. Tik op "Ja" om het herstarten te beginnen en bevestig dat de insulinetoediening wordt onderbroken.



De software-update begint. Verbreek de internetverbinding niet en koppel de pomp niet los van de computer tijdens dit proces.

Gebruik het toetsenbord van de pomp, voer de update-ID opnieuw in en tik op ✓ om door te gaan.

De update is voltooid.



Opmerking: Klik op "Therapie hervatten" op Tandem Source voor extra instructies over hoe u de insulinetoediening veilig kunt hervatten.

Ons team staat tot uw beschikking voor vragen of hulp.

Deze instructies dienen als referentie voor personen die al vertrouwd zijn met het gebruik van een Tandem Diabetes Care-insulinepomp. Niet alle schermen worden getoond. Voor meer gedetailleerde informatie over de werking van de t:slim X2-insulinepomp, verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding.

Belangrijke veiligheidsinformatie: De t:slim X2-insulinepomp met Control-IQ-technologie is bedoeld voor het beheer van type 1 diabetes bij personen van 6 jaar en ouder. Bezoek tandemdiabetes.com/safetyinfo voor aanvullende belangrijke veiligheidsinformatie.

WAARSCHUWING: Control-IQ-technologie mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 6 jaar, die minder dan 10 eenheden insuline per dag nodig hebben, of die minder dan 25 kilogram wegen.

© 2025 Tandem Diabetes Care, Inc. Alle rechten voorbehouden. Tandem Diabetes Care, de Tandem-logo's, Tandem Source, t:slim X2 en Control-IQ zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Tandem Diabetes Care, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.